

ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

N° ESC 16-004

Demandeur : ASKLE SANTE

Group Winnicare
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30034 Nîmes

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

MATELAS EPSUS VE208MB - VE208MB/HIPH

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

- ▣ Mousse polyuréthane HR >34 kg/m3 - Base et Bordure latérale
- ▣ Mousse polyuréthane HR >34 kg/m3 - Insert type 2
- ▣ Mousse polyuréthane HR >34 kg/m3 - Insert type 1
- ▣ Housse en PROMUST PUHD - Référence VMA/ST/MUST
- ▣ Drap Housse Dermalon FR - Référence VDHD/05

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° M367140660, M367140661, P131570 DE/1, M367140662, M367160130, M367140650, M367140651, M367140652, M367160154, M367160149, M367160131, M367160132, M367160133, M367160134, M367160135, M367160136, M367160137, M367160138, M367160139, M367160140, M367160141, M367160142, M367160143, M367160144, M367160145, M367160146, M367160147, M367160148

Pour les tests feu : n° 367160035, 367160036, 367160037, 367160038

Pour les mesures de répartition de pression : n° M367160150, M367160151, M367160153, M367160155

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Marne, le 19 Avril 2016

Suivi du dossier

Responsable de section



10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

