

ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

N° ESC 21 - 001

Demandeur : WINNCARE France

Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit
Site ASKLE SANTE
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30034 Nîmes
N° SIRET: 950 020180 00036

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Matelas VMA64

Référence : VMA64/HIP / VMA64/HIP3 / VMA64/HIPH / VMA64/CIC

équipé(s) de :

Housse en **Promust PU** (Maille 42% Polyester - 58% Polyuréthane / 120 ± 10 g/m²)
Housse en **Promust PUHD** (Maille 47,5 \pm 2,5% Polyester - 52,5% + 2,5% Polyuréthane / 210 ± 10 g/m²)
Housse en **Promust CIC** (Maille 58% Polyester - 42% Polyuréthane Polycarbonate / 230 ± 10 g/m²)
Mousse viscoélastique **ALOVA** - 100% Polyuréthane - > 75 kg/m³
Mousse **Polyuréthane** de haute résilience - > 34 kg/m³ - Epaisseur: 80 mm

Dimension total : Longueur >188 cm x Largeur >85 cm

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° MA 21-0050-0379, MA 19-0069-0816, MA 19-0069-0818, MA 19-0069-0819, P112418 - DE/2, MA 21-0050-0381, MA 19-0129-1474, MA 19-0129-1476, MA 19-0129-1477, P131570 - DE/1, MA 21-0050-0383, MA 19-0129-1479, MA 19-0129-1481, MA 19-0129-1482, P141594 DE/1, MA 21-0050-0389, MA 21-0050-0390, MA 21-0050-0386, MA 21-0050-0391, MA 21-0050-0387, MA 21-0050-0474, MA 21-0050-0475, MA 21-0050-0388, MA 21-0050-0385, Ma 19-0069-0833, Ma 19-0069-0832, Ma 19-0069-0834, Ma 19-0069-0830, Ma 19-0069-0835, Ma 19-0069-0831, MA 21-0051-0404

Pour les tests feu : n° FE 21-0104-0650, FE 21-0104-0651, FE 21-0104-0653, FE 21-0104-0654, FE 19-0401-1852, FE 19-0401-1852

Pour les mesures de répartition de pression : n° MA 21-0051-0400, MA 21-0051-0403, MA 21-0051-0401

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur marne, le 28/04/2021

Suivi du dossier

Responsable de section

10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

